

Germinator 500



Stériliser les instruments chirurgicaux à sec en quelques secondes Conforme aux nouvelles lignes directrices du NIH

Code/Référence

Reference: GER-5287

Description

Les directives du NIH recommandent la stérilisation des instruments pour la chirurgie des petits animaux.

Les stérilisateurs à billes de verre chaudes sont idéales pour cette application.

Décontamination jusqu'à 260°C (appro 500°F)

Instruments en métal uniquement

Caractéristiques

Dimensions: Well 10 cm deep x 5 cm diameter

Temps de pré-chauffage: 20 min

Température de fonctionnement: 260° C (approximately 500° F)

Temps: Sterilization : 15 seconds to 1 minute

Modèles disponibles

O LAB